

TÖBB FUNKCIÓS STIMULÁTOR NEUROMUSZKULÁRIS
TRANZMISSZIO VIZSGÁLATÁHOZ

Dr. Marosi György, Hernádi Ferenc

SZOTE Belgyógyászati Intenzív Osztály
6720 Szeged, Korányi S.fasor 8.

Az ujitók az izomrelaxánsok klinikofarmakológiai vizsgálatára, ill. a relaxánshatás monitorozására a kutatásban és a rutin aneszteziológiai gyakorlatban egyaránt felhasználható a legújabb nemzetközileg elfogadott normáknak megfelelő perifériás idegstimulátort készítettek. A készülék kipróbálása során kifogástalanul működött. Elektronikus adottságai, mérete révén alkalmas arra, hogy bármely műtőben és bármilyen típusu izomrelaxánst is alkalmazó általános érzéstelenítési eljárás esetén a relaxánshatás monitorozásának eleget tegyen.

Funkciójában hasonló típusu. valutaigényes készülékeket képes helyettesíteni.