

CÉLKÉSZÜLÉK OESOPHAGUSON KERESZTÜLI EXTRASTIMULÁCIÓ
ELVÉGZÉSÉRE

Dr. Pap Ilona, Hernádi Ferenc

SZOTE Belgyógyászati Intenzív Osztály
6720 Szeged, Korányi S.fasor 7.

Az ujitók egy olyan célkészüléket konstruáltak, amely összekapcsolva a Medtronic 5325 típusú programozható cardiológiai stimulátorral, alkalmas oesophaguson keresztül történő programozott extrastimuláció elvégzésére.

Ezzel a módszerrel hasonló fontos információk nyerhetők a beteganyag egy részénél mint az üregi stimulációs vizsgálatokkal és nem igényel invazív vizsgálati beavatkozást.

Előnye: kevésbé terheli a beteget, nincs vénapunkciós szövődmény, többször ismételhető, gyógyszerhatások kipróbálására alkalmas.

Iktatási száma: 11/1987